Метрологические характеристики

Предел обнаружения (или предел детектирования) является одной из метрологических характеристик, которая в **обязательном порядке** проверяется при первичной поверке **каждого** спектрометра серии «Искролайн».

Пределы обнаружения, в % *

S	0.00006
P	0.00002
C	0.00006
Si	0.00007
Cu	0.0001
Mg	0.0001
Ti	0.00006
W	0.0001
Nb	0.00006
Ni	0.0001
Cr	0.000005
Al	0.0003
Mo	0.0002
V	0.00004
Pb	0.0007
Sb	0.000008
Ag	0.00004
As	0.00001
Mn	0.00006

***** Пределы обнаружения рассчитаны по критерию «3σ» для основ Fe, Cu, Al и получены на реальных методиках в типичных условиях анализа.