Метрологические характеристики

Предел обнаружения (или предел детектирования) является одной из метрологических характеристик, которая в **обязательном порядке** проверяется при первичной поверке **каждого** спектрометра серии «Искролайн».

Пределы обнаружения, в % *

S	0.00004
P	0.00001
C	0.00007
Si	0.00009
Cu	0.00002
Mg	0.00009
Ti	0.00004
W	0.00009
Nb	0.00005
Ni	0.00009
Cr	0.00004
Al	0.00001
Mo	0.00007
V	0.00006
Pb	0.0008
Sb	0.000008
Ag	0.00003
As	0.00001
Mn	0.00003

***** Пределы обнаружения рассчитаны по критерию «3σ» для основ Fe, Cu, Al и получены на реальных методиках в типичных условиях анализа.