ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ЖӨНІНДЕГІ
АГЕНТТІГІ

ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ,
АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ ЖОЮ ЖӨНІНДЕГІ
БАС МЕМЛЕКЕТТІК ИНСПЕКТОР

480090, Алматы, Байзаков көшесі, 300,
Телетайп: 251131 "Aton. KZ"
Факс: 8 (3272) 62-43-17, 61-30-93
Тел.: 8 (3272) 62-22-41, 47-45-70, 61-13-70

АГЕНТСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСПЕКТОР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

480090, Алматы, ул. Байзакова, 300,
Телетайп: 251131 "Aton. KZ"
Факс: 8 (3272) 62-43-17, 61-30-93
Тел.: 8 (3272) 62-22-41, 47-45-70, 61-13-70

21.03.02 № 7/365-551

на № 152/537 от 7.03.02

РАЗРЕШЕНИЕ

Департамента по государственному надзору за чрезвычайными ситуациями, техническому и горному надзору

(на применение дефектоскопа)

Департамент по государственному надзору за чрезвычайными ситуациями, техническому и горному надзору Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям, рассмотрев представленную техническую документацию на ультразвуковой дефектоскоп «ПЕЛЕНГ» УД 2-102 производства ЗАО «АЛТЕК» (Россия):

- Сертификат об утверждении типа RU.C.27.003.A №9742 России;
- Сертификат о признании утверждения типа средств измерения за № 660 от 29.августа 2001 г., внесён в государственный реестр средств измерения под № 18007-01(Госстандарт Республики Казахстан);
- Эксплуатационную документацию на ультразвуковой дефектоскоп «ПЕЛЕНГ» УД»-102 руководство по эксплуатации ДШЕК.663532.001РЭ;
- Инструкцию по поверке (калибровке) ДШЕК.663532.001ИЗ; и формуляр ДШЕК.663532.001 ФО;
- Технические условия ДШЕК.663532.001 ТУ;
- Сертификат соответствия требованиям нормативных документов по безопасности № РОСС.RU.ME48.B00185;
- Разрешение Госгортехнадзора России № РРС 04-610 на применение в России;
- протоколы испытания на реальных объектах ЗАО «КазСтройСервис»;

Ультразвуковой дефектоскоп используется, как прибор неразрушающего контроля на объектах нефтегазовой отрасли и соответствует требованиям международных стандартов и отвечает нормам безопасности республики Казахстан.

Особые условия:

1. Действительно при наличии первичной поверки в органах ЦСМ.

Жауап қайтарғанда міндетті түрде біздің № (күні) көрсетілуі керек
При ответе обязательно ссылаться на наш № и дату