ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКИ

Серия Е № 001555

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЗНАНИИ

утверждения типа средств измерительной техники

№ UA-MI/3p-1024-2007 Выдано 24 апреля 2007 г.

Настоящее свидетельство, выданное ЗАО "АЛТЕК", Российская Федерация, удостоверяет, что на основании "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", подписанного 6 октября 1992 г. Госстандартом Украины, признан тип средств измерительной техники "Дефектоскопы ультразвуковые «PELENG» («ПЕЛЕНГ») УД3–204", утвержденный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации на основании результатов государственных испытаний.

Дефектоскопы ультразвуковые «PELENG» («ПЕЛЕНГ») УД3–204 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерительной техники под номером 29010-05.

Дефектоскопы ультразвуковые «PELENG» («ПЕЛЕНГ») УД3–204 при эксплуатации подлежат поверке или калибровке в зависимости от области применения.

Межповерочный интервал - не более одного года, рекомендуемый межкалибровочный интервал – 1 год.

Заместитель Председателя ***С.Т. Черепков***