ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

BY.C.38.999.A № 62597

Срок действия до 28 мая 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Дозиметры индивидуальные ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Научно-производственное унитарное предприятие "АТОМТЕХ" ОАО "МНИПИ" (УП "АТОМТЕХ"), г. Минск, Республика Беларусь

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **20329-16**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП.МН 743-99

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **16 июня 2016 г. № 755**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства С.С.Голубев

"24" 06 2016 г.

Серия СИ № 025135